



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.M.001307.07.22 от 22.07.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "Альтамед-С"; Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 141, помещение 4 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Альтамед-С"; Московская область, город Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 23 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1605/22 от 08.07.2022г. ООО "Радэк". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 22.07.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3487548



Номер листа: 1



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.M.001307.07.22 от 22.07.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения ООО "Альтамед-С"; Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 141, помещение 4.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:

Рентгеновский кабинет №12 расположен на 2-м этаже 2-х этажного нежилого отдельно стоящего здания, процедурная - 25,2 кв.м., комната управления - 6,0 кв.м.:

- томограф рентгеновский компьютерный AXIOM Aristos FX Plus, зав.№1045, год выпуска - 2006, год монтажа - 2016, производства Siemens AG (Германия); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 100 кВ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

